



證書編號：L0313-200917

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

國家中山科學研究院資訊通信研究所水下科技組

水中換能器校測實驗室

左營郵政 90008-19 號信箱

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：0313

初 次 認 證 日 期：八十五年七月十五日

認 證 有 效 期 間：一百零九年十一月十三日至一百一十二年十一月十二日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

王聰麟

中華民國一百零九年九月十七日



證書編號：L0313-200917

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：0313

實驗室主管：王奕中

■ 16.99 機械儀器設備
水中電聲換能器
A002 接收靈敏度
IEC 60565-1
2 kHz to 100 kHz

報告簽署人：王奕中；林哲民

A002 發射響應
IEC 60565-1
2 kHz to 100 kHz

報告簽署人：王奕中；林哲民

E007 高水壓絕緣電阻
CNS 3988
環境條件 (水壓)：(0 to 69) kgf/cm²
絕緣電阻：5 MΩ to 50 GΩ

報告簽署人：王奕中；林哲民

(以下空白)